



## Prefeitura de Timbó

# Fundo Municipal de Saúde de Timbó

Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC

Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220

CNPJ: 11.422.955/0001-53

Ofício: Nº 020 - 01/2015.  
Administrativo Financeiro.

Timbó, 04 de fevereiro de 2016.

**Destino:** Setor de Licitações

**A/C:** Rose Mery Dalcanale

**Assunto:** Verificação de amostras – Registro de Preço nº 08/2015

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio do presente informar o resultado da análise de amostras do Registro de Preço nº 08/2015.

Nº Item	Item	Fornecedor	Resultado da análise
23	ATADURA DE CREPOM 06 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , PESO MÍNIMO 13,3 GRAMAS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AIS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14.056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	MARCA: BIOTÊXTIL  Apresentada duas amostras.  Primeira pesagem = 16 gr  Verificado que as ataduras possuíam comprimento maior que o solicitado, foi efetuado o corte à 1,8mt e realizada nova pesagem, sendo constatado que as ataduras possuíam apenas 11 e 13gr.  <b>REPROVADO</b>
24	ATADURA DE CREPOM 08 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	



## Prefeitura de Timbó

### Fundo Municipal de Saúde de Timbó

Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC

Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220

CNPJ: 11.422.955/0001-53

	COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , PESO MÍNIMO 17,8 GRAMAS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14.056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.	MARCA: BIOTÊXTIL  Apresentada duas amostras.  Primeira pesagem = 20 gr  Verificado que as ataduras possuíam comprimento maior que o solicitado, foi efetuado o corte à 1,8mt e realizada nova pesagem, sendo constatado que as ataduras possuíam apenas 13 e 14gr.  <b>REPROVADO</b>
25	ATADURA DE CREPOM 10 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , PESO MÍNIMO 21,8 GRAMAS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14.056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM	MARCA: MDA Têxtil  Apresentada duas amostras, porém ambas não possuem o peso solicitado.  Peso verificado: 19 gr  <b>REPROVADO</b>



## Prefeitura de Timbó

### Fundo Municipal de Saúde de Timbó

Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC

Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220

CNPJ: 11.422.955/0001-53

	DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.		
26	ATADURA DE CREPOM 12 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , PESO MÍNIMO 26,0 GRAMAS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14.056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	<p>MARCA: BIOTÊXTIL</p> <p>Apresentada duas amostras.</p> <p>Primeira pesagem = 30 gr</p> <p>Uma das amostras apresentava falha na trama.</p> <p>Verificado que a segunda amostra possuía comprimento maior que o solicitado, foi efetuado o corte à 1,8mt e realizada nova pesagem, sendo constatado que esta possuía apenas 23gr.</p> <p><b>REPROVADO</b></p>
27	ATADURA DE CREPOM 15 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , PESO MÍNIMO 32,7 GRAMAS, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA,	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	<p>MARCA: BIOTÊXTIL</p> <p>Apresentada duas amostras.</p> <p>Primeira pesagem = 37 gr</p> <p>Verificado que as ataduras possuíam comprimento maior que o solicitado, foi efetuado o corte à 1,8mt e realizada nova pesagem, sendo constatado que as ataduras possuíam apenas 25 e 26gr.</p> <p><b>REPROVADO</b></p>



## Prefeitura de Timbó

### Fundo Municipal de Saúde de Timbó

Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC

Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220

CNPJ: 11.422.955/0001-53

	RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14.056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.		
28	ATADURA DE CREPOM 20 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , PESO MÍNIMO 42,8 GRAMAS, CONFECIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTE DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, ABSORVENTE, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14.056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA.	Metromed Com. De Material Médico Hospitalar	<p>MARCA: MDA Têxtil</p> <p>Apresentada duas amostras.</p> <p>Primeira pesagem = 44 gr</p> <p>Verificado que as ataduras possuíam comprimento maior que o solicitado, foi efetuado o corte à 1,8mt e realizada nova pesagem, sendo constatado que as ataduras possuíam apenas 38 e 41 gr.</p> <p><b>REPROVADO</b></p>
55	COMPRESSA CIRÚRGICA 23X25 CM, PCTE COM 50 UNIDADES, CONSTITUÍDO DE 04 (QUATRO) CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONTENDO 15 (8X7) FIOS POR CM <sup>2</sup> APROXIMADAMENTE EM CADA CAMADA, COR BRANCA, BORDAS ACABADAS ATRAVÉS DO PONTO OVERLOCK, FORMATO RETANGULAR, PROVIDO DE	Metromed Com. De Material Médico Hospitalar	<p>MARCA: CREMER</p> <p>Apresentada duas amostras.</p> <p>Quantidade do pacote está de acordo com o solicitado, porém o tamanho das compressas não condiz com a etiqueta do pacote.</p> <p>Amostras possuíam tamanho</p>



## Prefeitura de Timbó

### Fundo Municipal de Saúde de Timbó

Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC

Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220

CNPJ: 11.422.955/0001-53

	ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS.		46x35cm.  Além do mais, as compressas de uma das amostras não possuía a alça solicitada na especificação.  <b>REPROVADO</b>
56	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 CM X 50 CM, PCT C/ 50 UND. CONSTITUÍDO DE 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONTENDO 15 (8X7) FIOS POR CM <sup>2</sup> APROXIMADAMENTE EM CADA CAMADA, COR BRANCA, BORDAS ACABADAS ATRAVÉS DO PONTO OVERLOK, FORMATO RETANGULAR, PROVIDO DE ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 14767/2009.	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	MARCA: Biotêxtil  Produto possui as especificações do Edital.  <b>APROVADO</b>
57	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 10X10 CM, QUANDO ABERTA COM DIMENSÃO DE 20X40CM, 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, ISENTAS DE FIAPOS, RASGOS, FUROS, MANCHAS E IMPUREZAS, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, NÃO ESTÉRIL, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DE 900 GRAMAS POR PACOTE. TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	MARCA: Biotêxtil / Hemogaze  Produto possui as especificações do Edital.  <b>APROVADO</b>



## Prefeitura de Timbó

### Fundo Municipal de Saúde de Timbó

Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC

Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220

CNPJ: 11.422.955/0001-53

	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTegra AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843.		
58	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5 CM, QUANDO ABERTA COM DIMENSÃO DE 15X30CM, 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, ISENTAS DE FIAPOS, RASGOS, FUROS, MANCHAS E IMPUREZAS, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, NÃO ESTÉRIL, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTegra AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843.	Metromed Com. De Material Médico Hospitalar	MARCA: MDA Têxtil  Produto possui as especificações do Edital.  <b>APROVADO</b>
73	GAZE EM ROLO, TIPO QUEIJO, NÃO ESTÉRIL, 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, 91MT X 91 CM, COMPOSTA POR 3 DOBRAS E 8 CAMADAS, 13 FIOS, PESO MÍNIMO 1,7KG, ISENTE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.	Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda.	MARCA: Biotêxtil / Hemogaze  Produto possui as especificações do Edital.  <b>APROVADO</b>



## Prefeitura de Timbó

**Fundo Municipal de Saúde de Timbó**  
**Rua: Aracaju, s/n, Centro, Timbó, SC**  
**Cep: 89120-000, Fone: 3399 0220**  
**CNPJ: 11.422.955/0001-53**

Tendo em vista que alguns itens não foram aprovados, solicito que seja chamado o próximo na ordem de classificação para que apresente a amostra, de acordo com o prazo estabelecido no Edital.

Solicito, ainda, que, tendo em vista a necessidade de celeridade no processo de análise de amostras, seja automaticamente eliminado o próximo classificado que possua marca igual à reprovada. Nesses casos, deve-se chamar o próximo que possua marca diferente da reprovada.

Atenciosamente,

**ALFREDO JOÃO BERRI**  
Secretário de Saúde